



Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

INSTYTUT MEDYCyny DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ
im. M. Mossakowskiego PAN

ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel.: (+48) 226685250, fax: (+48) 226685532
<http://www.cmdik.pan.pl>, sekretariat@cmdik.pan.pl

Warszawa, dn. 23.08.2011 r.

Znak sprawy: 2401-5/11

**Dotyczy postępowania nr ZP-2401-5/11 na dostawę
fabrycznie nowego zestawu urządzeń oraz elementów wyposażenia do utrzymywania
zwierząt laboratoryjnych**

Zadanie 1 – urządzenia do utrzymywania zwierząt

Zadanie 2 – sterylizator medyczny

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania dot. **zad. 1**:

Pytanie 1: Załącznik nr 1.5 do SIWZ, pkt 8

„Czy Zamawiający dopuszcza głębokość komory laminarnej ze śluzą 895mm oraz szerokość komory laminarnej ze śluzą 2345mm?”

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2: Załącznik nr 1.5 do SIWZ, pkt 9

„Czy Zamawiający dopuszcza szerokość obszaru roboczego komory laminarnej z okienkiem podawczym 1486mm.”

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3: Załącznik nr 1.5 do SIWZ, pkt 32

„Czy Zamawiający dopuszcza brak podajnika do karmy z łopatką w komorze laminarnej z okienkiem podawczym?”

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4: Załącznik nr 1.2 do SIWZ, pkt 3

„Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne systemu pooperacyjnegoz komorą wydłużającą 1402(szer.) x 745(gł) x 1198(wys) mm?”

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5: Załącznik nr 1.6 do SIWZ , pkt 6

„Czy Zamawiający dopuszcza automatyczna regulację wysokości blatu roboczego stacji wymiany klatek w zakresie od 895mm do 1195mm?”

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6: Załącznik nr 1.7 do SIWZ, pkt 16

Czy Zamawiający dopuszcza stację usuwania ściółki sterowaną mikroprocesorem z wbudowaną membraną dotykową, z automatyczną kontrolą i utrzymaniem odpowiedniej szybkości kurtyny powietrznej, systemem akustycznych i optycznych alarmów?,”

Odpowiedź: TAK

inż. Wojciech Sobczyk
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



instytut biologii doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN