



Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
INSTYTUT MEDYCyny DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ
im. M. Mossakowskiego PAN

ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel.: (+48) 226685250, fax: (+48) 226685532
<http://www.cmdik.pan.pl>, sekretariat@cmdik.pan.pl

Warszawa, dn. 26.08.2011 r.

Znak sprawy: 2401-5/11

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-5/11 na dostawę
fabrycznie nowego zestawu urządzeń oraz elementów wyposażenia do utrzymywania
zwierząt laboratoryjnych
Zadanie 1 – urządzenia do utrzymywania zwierząt
Zadanie 2 – sterylizator medyczny

Od jednego z Wykonawców wpłynęło następujące pytanie dot. **zad. 2**:

Pytanie:

Czy zamawiający wpisując maksymalne wymiary zewnętrzne sterylizatora podając głębokość ma
na myśli wymiar od ściany po stronie brudnej i czy w związku z tym dopuszcza sterylizator o
głębokości 1700 mm mierzonych jak pokazano w szkicu stanowiącym zał. nr 1- odległość a?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie ze szkicem zamawiający miał na myśli wymiar „b”.


inż. Wojciech Sobczyk
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych



Załącznik nr 1

