



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instytut biologii doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3.3 do SIWZ

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Sterylizator stołowy - sztuk 1

L.p.	Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa	Wymagana odpowiedź	Odpowiedź Wykonawcy
1.	a) nazwa producenta sprzętu: b) typ: c) model:	proszę podać	a) b) c)
2	Zasilanie 230V/50Hz	TAK	
3	Sterylizator stołowy poziomy o pojemności komory 23 litry +/-5% do sterylizacji materiałów opakowanych, nieopakowanych, litych, porowatych	TAK	
4	Temp. sterylizacji 121-134°C	TAK	
5	Wymiary zewn. max. (szer. x gł. x wys.) 535x610x475xmm	TAK	
6	Pozioma cylindryczna komora sterylizacyjna o wymiarach min. Ø 260x450mm	TAK	
7	Wbudowana wytwornica pary	TAK	
8	Próżnia frakcjonowana, suszenie próżniowe	TAK	
9	Zasilanie sterylizatora w wodę za pomocą wbudowanego zbiornika o poj. min. 5l	TAK	
10	Stojak na tace z 4 tacami narzędziowymi	TAK	
11	Min. 5 programów fabrycznych 2 programy testowe w tym 1 program typu FLASH 134°C, czas ekspozycji 3min	TAK	
12	Możliwość dodawania programów	TAK	
13	Sterowanie automatyczne za pomocą wyświetlacza dotykowego LCD o przekątnej min. 4"	TAK	
14	Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji	TAK	
15	Czytnik kart typu FLASH	TAK	
16	Port typu RS 232 lub USB do komunikacji z komputerem	TAK	
17	Oprogramowanie archiwizacji cykli pracy	TAK	

18	Przeprowadzenie procedury IQ i OQ po instalacji urządzenia	TAK	
19	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej	TAK	
20	Instrukcja dla użytkowników	TAK	
21	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK	
22	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	TAK	
23	Czas dostawy i instalacji (w tym kwalifikacji IQ/OQ) nie później niż 8 tygodni od daty podpisania umowy.	TAK	

....., dn.

.....
 (podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy)