



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instytut biologii doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 sztuka

L.p.	Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa	Wymagana odpowiedź	Odpowiedź Wykonawcy
1	Stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem	TAK	
2	Nazwa producenta sprzętu, model	proszę podać	
3	Zasilanie 230V/50Hz	TAK	
4	Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x gł x wys.) 300x600x300mm	TAK	
5	Maksymalna pojemność min. 70 ml	TAK	
6	Zakres obrotów co najmniej 300 -14 000 rpm	TAK	
7	Maks. przyspieszenie nie mniejsze niż 20 000 x g	TAK	
8	Zakres regulacji temperatury co najmniej w zakresie - 20° - +40 °C	TAK	
9	Wirnik kątowy umożliwiający wirowanie co najmniej 24 probówek o objętości 2/1,5 ml przy obrotach nie mniejszych niż 14 000 rpm	TAK	
10	Co najmniej 3 charakterystyki rozprędzania i hamowania	TAK	
11	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny	TAK	
12	Możliwość pracy w trybie short	TAK	
13	System identyfikacji błędów: -niewyważenia, -niewłaściwie wybranego rotora, -przerwania realizacji zadanego programu	TAK	
14	Certyfikat CE – dostarczony wraz z urządzeniem	TAK	
15	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

....., dn.

.....
(podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)