

**„Dla rozwoju Mazowsza”**

**Załącznik nr 2.1 do SIWZ**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Arkusz informacji technicznej (AIT)**

**Mieszadła magnetyczne - sztuk 2**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa</b>	<b>Wymagana odpowiedź</b>	<b>Odpowiedź Wykonawcy</b>
1.	Nazwa producenta sprzętu, typ, model,	proszę podać	
2.	Mieszadło magnetyczne z grzaniem	TAK	
3.	Zakres obrotów co najmniej od 100 od 1500 /min	TAK	
4.	Zakres temperatury co najmniej od 50 do 500°C	TAK	
5.	Możliwość mieszania objętości co najmniej 10 dm <sup>3</sup>	TAK	
6.	Regulacja parametrów pracy: -temperatury -szybkość mieszania	TAK	
7.	Ceramiczna płyta grzejna	TAK	
8.	Wymiary płyty grzejnej 200 x 200 mm +/-10%	TAK	
9.	Wskaźnik prędkości obrotów na minutę	TAK	
10.	Moc grzania min. 1000 Wat	TAK	
11.	W zestawie termometr kontaktowy z funkcją mierzenia pH	TAK	
12.	W zestawie statyw do termometru wykonany ze stali o długości z zakresu od 40 do 50 cm oraz uchwyt na termometr i łącznik	TAK	
13.	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.	TAK	
14.	Termin dostawy: do 8 tygodni	TAK	
15.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK	
16.	Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego.	TAK	

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)