



**„Dla rozwoju Mazowsza”**

**Załącznik nr 2.2 do SIWZ**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Arkusz informacji technicznej (AIT)**

**Homogenizator- sztuk 1**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa</b>	<b>Wymagana odpowiedź</b>	<b>Odpowiedź Wykonawcy</b>
1.	Nazwa producenta sprzętu, typ, model,	proszę podać	
2.	Urządzenie przepływowe do otrzymywania mikro- i nanoemulsji	TAK	
3.	Urządzenie wyposażone w czujnik temperatury	TAK	
4.	Silnik o mocy co najmniej 900W	TAK	
5.	Możliwość instalacji różnych głowic w urządzeniu	TAK	
6.	W zestawie głowica homogenizująca do jednostopniowego rozdrabniania o zakresie szybkości co najmniej od 3 tys. do 26 tys. /min i przepływie co najmniej od 100 do 200dm <sup>3</sup> /h	TAK	
7.	W zestawie zbiornik dwuścienny ze stali nierdzewnej o pojemności 2 dm <sup>3</sup> , przyłącza czujnika temperatury, instalacji zwrotnej i zaworu trójdrożnego	TAK	
8.	W zestawie pokrywa zbiornika, umożliwiająca pracę w próżni/ nadciśnieniu wraz z uszczelnieniem i zaworem do zbiornika	TAK	
9.	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.	TAK	
10.	Termin dostawy: do 8 tygodni	TAK	
11.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK	
12.	Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego.	TAK	

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)