



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instytut biologii doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3.5 do SIWZ

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Pipety jednokanałowe z osprzętem

L.p.	Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa	Wymagana odpowiedź	Odpowiedź Wykonawcy
1.	a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model	proszę podać	a) b) c)
2.	Pipeta jednokanałowa 0,5µl –10µl , sztuk: 1 typ, model,	TAK/ proszę podać	
2a	Pudełko na odpowiednie końcówki sztuk: 1	TAK	
2b	Opakowanie odpowiednich końcówek min. 1000 szt.	TAK	
3	Pipeta jednokanałowa 20µl –200µl , sztuk: 1 typ, model	TAK/ proszę podać	
3a	Pudełko na odpowiednie końcówki, sztuk: 1	TAK	
3b	Opakowanie odpowiednich końcówek min. 1000 szt.	TAK	
4	Pipeta jednokanałowa 100µl – 1000µl , sztuk: 1 typ, model	TAK/ proszę podać	
4a	Pudełko na odpowiednie końcówki, sztuk: 1	TAK	
4b	Opakowanie odpowiednich końcówek min. 1000 szt.	TAK	
5	Statyw dla 3 pipet jednokanałowych, sztuk 1	TAK	
6	Gwarancja na pipety min. 36-miesiący	TAK	
pkt 7-15 - wymagania dotyczące wszystkich pipet			
7	Rękojeść pipety wykonana z nieplastycznego łatwozmywalnego tworzywa	TAK	
8	Objętość nastawiona widoczna podczas pipetowania bez unoszenia palców dłoni trzymającej pipetę.	TAK	

9	Pipeta z wymienną główką zmiennoobjętościową (mechanizm regulujący) umożliwiającą pobieranie wybranej objętości cieczy.	TAK	
10	Możliwość dokupienia wymiennej główki o stałej objętości.	TAK	
11	Blokada objętości, którą można ustawić jedną ręką	TAK	
12	Pipeta w całości autoklawowalna, bez potrzeby rozkręcania,	TAK	
13	Podwójne uszczelki silikonowe (o-ringi) na końcu każdego kanału pipety. Pipeta kompatybilna z większością końcówek dostępnych na rynku.	TAK	
14	Zrzutnik końcówek zewnętrzny, obsługiwany palcami dłoni trzymającej pipetę innymi niż kciuk.	TAK	
15	Główka z licznikiem ma umożliwiać podgląd wybranej objętości dla osób lewo- i praworęcznych	TAK	

....., dn.

.....
 (podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy)